

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 216

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - acquisto tramite RDO/MEPA/CONSIP di materiali di consumo per apparecchiature Fisher&Paykel MR850 e Airvo di proprietà, per varie strutture di ASUGI - CIG MASTER 899989002E € 168.535.07. PR. 616/2021

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 24/02/2022

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica da COVID-19 - acquisto tramite RDO/MEPA/CONSIP di materiali di consumo per apparecchiature Fisher&Paykel MR850 e Airvo di proprietà, per varie strutture di ASUGI - CIG MASTER 899989002E € 168.535.07. PR. 616/2021

Premesso che varie strutture di ASUGI fra le quali le Terapie intensive e Semi intensive hanno richiesto la fornitura urgente di materiali di consumo per apparecchiature Fisher&Paykel MR850 e Airvo di proprietà, per fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

rilevato che il contratto in essere con la ditta AN.COR-MED di Minisini Corrado per la fornitura in oggetto risulta esaurito e si rende necessario garantire la continuità della fornitura anche alla luce del permanere dello stato di emergenza da COVID-19 prorogato al 31/03/2022;

che prima di procedere all'acquisto dei dispositivi in oggetto è stato appurato che non è attiva alcuna convenzione da parte della CUC né da parte di A.R.C.S. e che la fornitura risulta di importo inferiore ai 139.000,00 € per cui si può procedere ad avviare una procedura di acquisto sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il cui limite è stato elevato ad €. 139.000,00 ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed ulteriormente modificato con D.L. n.77/21 convertito con L. n. 108/2021;

che, pertanto, al fine di garantire la continuità delle forniture dei dispositivi in oggetto è stata avviata in data 29/11/2021 la RDO /MEPA/CONSIP n. 2916466/21 articolata in 5 lotti, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso previa verifica di idoneità dei dispositivi offerti sulla base della documentazione tecnica presentata, invitando le seguenti ditte:

AN.COR-MED di Minisini Corrado  
EUROMED srl  
FLEXICARE srl  
INTERSURGICAL SPA

che nei termini previsti dalla RDO n. 2916466/21 e precisamente entro il 13/12/2021 sono pervenute le offerte delle ditte AN.COR-MED di Minisini Corrado e EUROMED srl;

che in data 15/12/2021 è stato chiesto alla ditta EUROMED srl di presentare un campione del dispositivo offerto al lotto 3 - KIT CIRCUITO RESPIRATORIO RISCALDATO MONOUSO PER UMIDIFICATORE FISHER&PAYKEL - per verificarne la conformità anche sul campo oltre che da scheda tecnica;

rilevato che il campione del KIT CIRCUITO RESPIRATORIO RISCALDATO MONOUSO PER UMIDIFICATORE FISHER&PAYKEL presentato relativamente al lotto 3) è stato giudicato non idoneo da parte degli utilizzatori poiché l'incastro risulta difficoltoso e una volta in sede insorge un concreto rischio di disconnessione nel punto di connessione tra la macchina e il kit stesso dovuto a una non completa aderenza tra i tubi, come risulta dalla relazione dd. 25/01/2022;

che, pertanto, sulla base della valutazione tecnica, la RDO n. 2916466/21 è stata aggiudicata alla ditta AN.COR-MED di Minisini Corrado, unica distributrice autorizzata per il FVG dei dispositivi originali Fisher&Paykel, la quale ha proposto le seguenti condizioni di fornitura valide fino al 31/12/2022:

LOTTO	DESCRIZIONE	CODICE DEL PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	QUANTITA'	IMPORTO TOTALE	CIG
1	KIT DI DISINFEZIONE	900PT600	€ 160,00	16	€ 2.560,00	YCC34234F5
2	Maschera per VENTILAZIONE NIV MONOPAZIENTE p UMIDIFICATORE Fisher&Paykel	RT041	€ 30,00	1760	€ 52.800,00	89998520D2
3	KIT CIRCUITO RESPIRATORIO RISCALDATO MONOUSO	900PT561	€ 45,00	1800	€ 81.000,00	899989002E
5	FILTRO ANTIBATTERICO PER ASPIRATORI CHIRURGICI	900PT913	€ 17,67	50	€ 883,50	Y06342377A
6	KIT DI DISINFEZIONE PER UMIDIFICATORE FISHER&PAYKEL	900PT601	€ 45,00	20	€ 900,00	YA434236EC

per un fabbisogno necessariamente presunto di € 138.143,50 IVA 22% esclusa, consegne ripartite entro 7 gg., pagamento ai sensi del D. Lgs. 231/02;

ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione della RDO n. 2916466/21 per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art 36 del D Lgs 50/20166, tramite la RDO n. 2916466/21 alla ditta AN.COR. MED di Minisini Corrado fino al 31/12/2022 ;

considerato che eventuali aggiudicazioni migliorative successive da parte di A.R.C.S. potrebbero determinare l'anticipata risoluzione del contratto;

ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

**determina**

di aggiudicare per le motivazioni espresse in premessa la RDO n. 2916466/21 per l'affidamento della fornitura materiali di consumo per apparecchiature Fisher&Paykel MR850 e Airvo di proprietà per diverse strutture di ASUGI fra le quali le terapie intensive e semi intensive alla ditta **AN.COR-MED** di Minisini Corrado di S. Daniele del Friuli , via MAZZINI n. 6 (UD) P.IVA. 01516510300 e cod. fisc. MNS CDR 63D02 H816Y LOTTI 1-2-3-5-6 per un importo complessivo presunto di € 168,535,07 (imponibile pari a € 138.143,50+ IVA 22% € 30.391,57) relativo al fabbisogno presunto dei vari utilizzatori fino al 31/12/2022.

Il costo suddetto farà carico al conto 300.100.300.100 (DISPOSITIVI MEDICI) del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'esercizio 2022 (cdc COV20).

Per l'avvio della fornitura di cui al presente atto non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09 non sussistendo rischi da interferenza in quanto i dispositivi vengono consegnati dal fornitore direttamente al Magazzino scorte Varie (sito al di fuori dell'area ospedaliera) per il successivo recapito ai reparti richiedenti ad opera del personale dipendente.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
sig.a Rossana Richter

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE  
SERVIZI  
dott. Giovanni Maria Coloni**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 24/02/2022 19:49:35

IMPRONTA: 740558DCF6F8C06EA7C64DFDF7FF429744649B6C90606710F68CB370D3092180  
44649B6C90606710F68CB370D30921801517D8451287C8E31DA93FF85CD6E52D  
1517D8451287C8E31DA93FF85CD6E52D72B1DB400FD3BDABCD11BD82E2D4B05B  
72B1DB400FD3BDABCD11BD82E2D4B05BD9DD675C91EC0E4DA12E9E71D1C90548